



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
POLO REGIONAL DE OSTOMIZADOS ITABORAÍ

ITABORAÍ, 07 de JANEIRO DE 2025.

PROCESSO N° 1922/2024

PARECER TÉCNICO DO PREGÃO 90056-2024

- No que concerne aos itens 1, 2, 3, 7, 12, 15, 35 e 36 apresentados pela empresa EMPROMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA, foram avaliados quanto à apresentação da embalagem/rótulo do produto, etiquetas, registros, lote, fabricação, validade, instrução de uso em português e amostras contidas na embalagem.

Analisada a adequação dos itens com relação à narrativa do termo de referência, com relação às características do produto, medidas aproximadas e conformidade com embalagem.

Com relação ao quantitativo de amostras, a entrega para análise foi suficiente.

Após análise do corpo técnico do Polo Regional de Ostomizados Itaboraí, foi identificada total conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas. **CONSIDERO QUE A PROPOSTA ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS PELO EDITAL, DEVENDO, PORTANTO, SER ACEITA.**

- No que concerne aos itens 8, 17, 19 e 20 apresentados pela empresa ZHC PHARMA LTDA, foram avaliados quanto à apresentação da embalagem/rótulo do produto, etiquetas, registros, lote, fabricação, validade, instrução de uso em português e amostras contidas na embalagem.

Analisada a adequação dos itens com relação à narrativa do termo de referência, com relação às características do produto, medidas aproximadas e conformidade com embalagem.

Com relação ao quantitativo de amostras, a entrega para análise foi suficiente.

Após análise do corpo técnico do Polo Regional de Ostomizados Itaboraí, foi identificada total conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas. **CONSIDERO QUE A PROPOSTA ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS PELO EDITAL, DEVENDO, PORTANTO, SER ACEITA.**

Em relação ao **ITEM 23**, apresentado pela empresa ZHA PHARMA LTDA, no quesito: Adequação do item com relação à narrativa do termo de referência, com relação às características do produto, medidas aproximadas e conformidade com embalagem. **CONSIDERO QUE A PROPOSTA NÃO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS PELO EDITAL, DEVENDO, PORTANTO, NÃO SER ACEITA.**

- No que concerne ao item 29 apresentado pela empresa SÃO MIGUEL ARCANJO DISTRIBUIDORA, foi avaliado quanto à apresentação da embalagem/rótulo do produto, etiquetas, registros, lote, fabricação, validade, instrução de uso em português e amostras contidas na embalagem.

Analisada a adequação do item com relação à narrativa do termo de referência, com relação às características do produto, medidas aproximadas e conformidade com embalagem.

Com relação ao quantitativo de amostras, a entrega para análise foi suficiente.

Após análise do corpo técnico do Polo Regional de Ostomizados Itaboraí, foi identificada total conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas. **CONSIDERO QUE A PROPOSTA ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS PELO EDITAL, DEVENDO, PORTANTO, SER ACEITA.**

No que concerne aos ITENS 18 e 22, **NÃO** foram apresentadas amostras.

Corpo Técnico representado por:

Renata Evelin Mendes Batista (Coordenadora) - Matrícula 47.537

Luana do Amor Divino de Moraes (Assistente Social) – Matrícula 46.523

Andressa Neto Souza (Enfermeira Estomaterapeuta) – Matrícula 55.472

